

入札公告

次の通り一般競争入札に付します。

平成 25 年 7 月 19 日
平成 25 年 7 月 25 日(更新)

会計命令者
全国社会保険協会連合会
仙台社会保険病院長 田 熊 淑 男

1. 一般競争入札に付する事項

- (1) 購入物品の名称・仕様及び数量 移動型デジタル式汎用X線透視診断装置一式(別添仕様書の通
- (2) メーカー名・装置型式 GE Healthcare ・ OEC9900
- (3) 特質等 仕様書で指定する特質等を有すること。
- (4) 納入期限 平成 25 年 8 月(落札者と協議の上決定する)
- (5) 納入場所 全国社会保険協会連合会仙台社会保険病院
- (6) 入札方法 入札金額については、購入物品のほか、納入に要する一切の費用を含めた額とする。なお、交渉権の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の5パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって決定価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2. 一般競争参加資格

- (1) 全ての参加者は社団法人全国社会保険協会連合会 契約事務管理要綱(以下管理要綱)に準じることとする。
- (2) 管理要綱第4条の規定に該当しないものであること。
- (3) 厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」又は「物品の販売」(東北地域の競争参加資格)を有するものであること。
- (4) 薬事法に基づく医療用具の販売業者の届出をしていることを証明した者であること。
- (5) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。
- (6) 管理要綱第4~5条の規定に基づき、会計責任者が定める資格を有するものであること。

3. 入札書の提出場所等

- (1) 入札参加必要書の提出場所(入札説明書の交付場所及び問い合わせ先)
全国社会保険協会連合会仙台社会保険病院 用度課 佐々木 正典
- (2) 入札参加必要書の提出期限 平成 25 年 7 月 29 日 (月) 11 時 00 分
- (3) 開札日時及び場所 平成 25 年 7 月 30 日 (火) 11 時 00 分
仙台社会保険病院 2階 会議室(健康管理センター2階)

4. その他

- (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
- (2) 入札保証金及び契約保証金 免除
- (3) 入札者に要求される事項
この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添付して入札書の提出期限までに提出しなければならない。
入札者は、開札日の前日までの間において、会計責任者から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
- (4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格にない者の提出した入札者、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
- (5) 契約書の作成の要否 要
- (6) 交渉権者の決定方法

①契約する事項に関する仕様書に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をおこなったものを交渉権者とし、交渉権者が複数の場合は、申込をした価格に基づく交渉順位を付するものとする。ただし、第一順位の交渉権者(以下「第一交渉権者」という。)の申込価格が契約の内容に適した履行がされない恐れがあると認められたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある場合においては、次順位の交渉権者をその契約の第一交渉権者とすることがある。

②契約の第一交渉権者が決定したときは、直ちにその者と交渉し、契約価格が決定した場合は、そのものを相手方とする。ただし、その交渉が不調となり、又は交渉開始から10日以内に契約締結に至らなかった場合は、交渉順位に従い他の交渉権者と交渉を行う。

仕 様 書

(性能、機能に関する要件)

1. X線撮影装置部

1-1 X線高電圧装置は以下の要件を満たすこと。

- 1-1-1 制御方式はインバータ方式であり最大出力は15kW以上であること。
- 1-1-2 最大管電圧120kV以上、最大管電流75mA以上であること。

1-2 X線管球装置については以下の要件を満たすこと。

- 1-2-1 X線管焦点は、二重焦点を有すること。
- 1-2-2 陽極蓄積熱容量は300,000HU以上であること。
- 1-2-3 陽極冷却効率 $\geq 85,000\text{HU}/\text{min}$ であること。
- 1-2-4 管球ハウジング補助冷却装置を有すること。

1-3 イメージインテンシファイアは以下の要件を満たすこと。

- 1-3-1 12インチ以上の視野サイズを有すること。
- 1-3-2 視野は3段階以上の切り替えが可能であること。
- 1-3-3 最小視野は6インチ以下であること。

1-4 テレビカメラ/モニターについては以下の要件を満たすこと。

- 1-4-1 1K x 1K画素以上のCCDカメラであること。
- 1-4-2 19インチ以上の白黒液晶モニターを二台有すること。
- 1-4-3 画像マトリクスは1280 x 1024以上であること。
- 1-4-4 モニターの最大輝度は1200cd/m²以上であること。
- 1-4-5 モニターは3軸アーム固定されており、上下左右前後に位置調整ができること。

1-5 Cアーム保持装置については以下の要件を満たすこと。

- 1-5-1 Cアーム部開口部が78cm以上であること。
- 1-5-2 Cアームピポット回転が360°以上であること。
- 1-5-3 Cアームスリーブ回転が110°以上であること。
- 1-5-4 Cアーム上下動が40cm以上であること。
- 1-5-5 Cアーム前後動が20cm以上であること。
- 1-5-6 焦点~I.I.間の距離が100cm以上であること。
- 1-5-7 Cアームの奥行きは70cm以上であること。

2. X線撮影装置デジタル画像処理装置部

2-1 画像収集は以下の要件を満たすこと。

2-1-1 DSA撮影は8fps以上の収集機能を有すること。

2-2 画像保管機能として以下の要件を満たすこと。

2-2-1 静止画は1000枚以上。動画は2400枚以上保存可能であること。

2-3 画像処理機能として以下の要件を満たすこと。

2-3-1 リアルタイム DSA撮影機能を有すること。

2-3-2 ズーム・ローム機能を有すること。

2-3-3 ロードマップ機能を有すること。

2-3-4 DSA画像よりロードマップが可能なこと。

2-3-5 ピクセルシフトが可能なこと。

2-3-6 再マスク設定が可能なこと。

2-3-7 ランドマーク機能を有すること。

2-3-8 ピークオパシフィケーション機能を有すること。

2-3-9 画像の呼び出しはタッチパネル方式であること。

2-4 その他の機能としては以下の要件を満たすこと。

2-4-1 DICOM3.0規格に規定される画像の送信に対応する機能を有すること。

2-4-2 DICOM3.0規格で保存可能なCD/DVDドライブを有すること。

2-4-3 サーマルプリンターを有すること。

2-4-4 滅菌カバーを20セット有すること。

(性能、機能以外の要件)

3. 設置条件、支援体制等について

3-1 搬入、据付、配線、配管、調整については、診療業務に支障をきたさないよう、職員の指示を受けること。

3-2 納入検査確認後1年間は、通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。

3-3 装置の運用を円滑に実現するための技術的サポートを行うこと。

3-4 障害時において復旧のため、通報をうけてから24時間以内に現場で対応できる体制であること。

3-5 操作説明に関する教育訓練は、指定する日時、場所で行うこと。

以上。